

Offerta tecnica**Allegato 4****MODULO DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA****Microscopio confocale rovesciato**

N.	Caratteristiche valutate	Valore offerto
1	Risoluzione massima di scansione (pixel x pixel) (selezionare una sola opzione)	<input type="checkbox"/> = 2048 x 2048 (minimo) <input type="checkbox"/> > 2048 x 2048 ≤ 6144 x 6144 <input type="checkbox"/> > 6144 x 6144
2	Sistema di Super Risoluzione confocale Limite di risoluzione in x,y (espresso in nm) ottenibile con il sistema di Super Risoluzione confocale offerto (selezionare una sola opzione)	<input type="checkbox"/> Nessun Sistema di Super Risoluzione confocale <input type="checkbox"/> ≥ 150 nm < 200 nm <input type="checkbox"/> < 150 nm
3	EMCCD: modalità di lettura della camera elettro-moltiplicata Possibilità di utilizzo della camera EMCCD con lettura dei pixel anche senza l'applicazione di un'amplificazione addizionale del segnale (selezionare una sola opzione)	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì
4	EMCCD: QE QE della camera EMCCD offerta (selezionare una sola opzione)	<input type="checkbox"/> ≥ 90% (minimo) <input type="checkbox"/> ≥ 95%



Offerta tecnica

5	Tecnologia di costruzione di almeno un detector spettrale offerto (selezionare una sola opzione)	<input type="checkbox"/> Spettrale GaAsP <input type="checkbox"/> Spettrale <i>Single Photon counting</i> GaAsP
---	--	--

Luogo e data,

Il Legale

rappresentante/procuratore

(firmato digitalmente)

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore.
Nel caso di concorrenti associati l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 del Disciplinare di gara.